



**PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu**

**ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. (15) 822 90 15**

Tarnobrzeg 16.09.2020r.

Znak sprawy: R9/2020

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu „Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby PUZ”

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, informuje iż w dniu 16.09.2020r. w postępowaniu „Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby PUZ”, wpłynęło zapytanie.

Zamawiający bez ujawniania źródła udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy poz. 19 i 22. Z systemu do pobierania krwi jakiej marki korzysta Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający korzysta z zestawu do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową typ S-MONOVETTE. Istotna dla Zamawiającego jest kompatybilność igły i probówko-strzykawki oraz łącznika.

Pytanie 2

Dotyczy poz.19. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, co ma wchodzić w skład zestawu?

Odpowiedź: Jako zestaw Zamawiający rozumie igłę + probówkę do pobierania krwi.

Pytanie 3

Dotyczy poz. 22. Jakiego typu łącznika oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Preferowany typ łącznika S-MONOVETTE.

REKTOR

**Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu**

REKTOR
ASz
dr hab. Anna Szylar, prof. ucz.