



PUZ
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 822 90 15, tel./fax 823 57 88

Tarnobrzeg 01.10.2021r.

Znak sprawy: R22/2021

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu „Dostawa wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo (zamówienie z podziałem na 2 części)”.

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, informuje iż w dniu 01.10.2021r. w postępowaniu „Dostawa wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo (zamówienie z podziałem na 2 części)”, wpłynęło zapytanie.

Zamawiający bez ujawniania źródła udziela odpowiedzi przytaczając jednocześnie treść złożonego zapytania:

Dotyczy część 2 Dostawa elektrycznie sterowanego fotela/krzesła prysznicowo-toaletowego

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości elektryczne krzesło prysznicowe o maksymalnej wadze pacjenta do 200 kg? Jest to parametr znacznie lepszy od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści krzesło prysznicowe, którego siedzisko i oparcie wykonane jest z miękkiego, nienasiąkliwego materiału, trwałego i łatwego do dezynfekcji? Rozwiązanie takie nie wymaga stosowania dodatkowych poduszek, które mogą stać się utrudnieniem w pracy z pacjentem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści krzesło bez kieszeni na drobne przedmioty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści krzesło prysznicowe, które posiada uchwyty do prowadzenia i manewrowania zintegrowane z oparciem fotela?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści krzesło prysznicowe, którego podpórka pod nogi wysuwana jest manualnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości sterowany elektrycznie w zakresie 535mm do 935 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel o wymiarach zewnętrznych 860mm x 700 mm? Wymiary te nieznacznie różnią się od wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy, którego cała elektronika posiada klasę ochrony IPX6 lub wyższą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

KANCLERZ
Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

KANCLERZ
mgr Bogdan Tomczyk

KANCLERZ
mgr Bogdan Tomczyk