

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wózka transportowego oraz zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby kierunku Ratownictwo Medyczne w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 2 części)”.

Część 2 – Dostawa zestawu ratownictwa medycznego.

Nazwa	Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1
Wymagane parametry i funkcjonalność	<p>Skład zestawu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zestaw 6 szt. rurek ustno-gardłowych kodyfikowanych kolorami – 1 zestaw. 2. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar 1 – 1 szt. 3. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar 2 – 1 szt. 4. Jednorazowa maska krtaniowa rozmiar 3 – 1 szt. 5. Pulsoksymetr - 1 szt. 6. Ssak mechaniczny ręczny z końcówkami dla dorosłych i niemowląt – 1 szt. 7. Worek samorozprężalny z rezerwuarem tlenu i 2 szt. masek twarzowych dla dorosłych – 1 szt. 8. Worek samorozprężalny z rezerwuarem tlenu i 2 szt. masek twarzowych dla dzieci - 1 szt. 9. Filtr przeciwbakteryjny-przeciwvirusowy 5 szt. 10. Butla tlenowa płaskodenna o poj. sprężonego tlenu min. 400 l przy ciśnieniu min. 150 bar (max 200 bar), ze zintegrowanym reduktorem i przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi. Reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo AGA i króciec stożkowy do podłączenia tlenu w zakresie 0-25 l/min. – 1 szt. 11. Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości 10 m – 1 szt. 12. Przezroczyste maski do tlenoterapii biernej dla dorosłych z rezerwuarem – 3 szt.

13. Deska ortopedyczna dla dorosłych z kompletem min. 3 pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, zatrzaskowych, stabilizator głowy, klocki i paski do stabilizacji głowy – 1 komplet.
14. Deska ortopedyczna dla dzieci z kompletem min. 3 pasów zabezpieczających, stabilizator głowy, klocki i paski do stabilizacji głowy – 1 szt.
15. Pas do stabilizacji złamań miednicy – 1 szt.
16. Kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych – 1 szt.
17. Kołnierz szyjny regulowany dla dzieci – 2 szt.
18. Torba transportowa na kołnierze szyjne – 1 szt.
19. Aspirator jadu – 1 szt.
20. Szyny typu Kramer w pokrowcu min. 14 sztuk - 1 zestaw
21. Zestaw opatrunków indywidualnych w wodoodpornym materiale – 2 szt.
22. Opatrunek hemostatyczny – 1 szt.
23. Kompresy gazowe 9x9 cm – 10 szt.
24. Opaska opatrunkowa 1m² – 5 szt.
25. Opaska opatrunkowa ½ m² – 5 szt.
26. Opaska opatrunkowa dziana szer. 10 cm – 8 szt.
27. Chusta trójkątna bawełniana – 4 szt.
28. Bandaż elastyczny szer. 10 cm – 3 szt.
29. Bandaż elastyczny szer. 12 cm – 3 szt.
30. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 szt.
31. Przylepiec z opatrunkiem 6cm x 1m – 1 szt.
32. Przylepiec bez opatrunku 5cm x 5m – 1 szt.
33. Żel schładzający w opakowaniu poj. min. 120 ml – 1 szt.
34. Opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 szt.
35. Opatrunki hydrożelowe o łącznej powierzchni 4000 cm²
36. Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa z młotkiem do zbijania szyb - 1 szt.
37. Opatrunek wentylowy – 2 szt.
38. Opaska zaciskowa jednoczęściowa o szer. min. 4 cm z możliwością odnotowania czasu zastosowania - 2 szt.
39. Aparat do płukania oka z bocznym odpływem – 1 szt.
40. Nożyczki ratownicze atraumatyczne dł. min. 16 cm – 1 szt.
41. Okulary ochronne – 1 szt.
42. Sól fizjologiczna 0,9% NaCl poj. 250 ml – 2 szt.

43. Folia izotermiczna – 5 szt.
44. Folia do przykrywania zwłok – 3 szt.
45. Worek na amputowane części ciała – 2 szt.
46. Płyn do dezynfekcji rąk w atomizerze o poj. 250 ml – 1 szt.
47. Zestaw szyn próżniowych z pompką – 1 zestaw.
48. Kamizelka typ KED dla dorosłych – 1 szt.
49. Kamizelka typ KED pediatryczna – 1 szt.
50. Materac próżniowy z pompką – 1 szt.
51. Nosze podbierakowe z pasami stabilizującymi – 1 szt.
52. Worek plastikowy koloru czerwonego z zamknięciem na odpady medyczne – 2 szt.
53. Zestaw umieszczony w torbo-plecaku o wymiarach dł. min. 65 cm, szer. 35 cm, wys. 30 cm.
54. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny treningowy XFT 120C+ lub równoważny.

I WYMAGANIA OGÓLNE:

- 1) Nie używany, fabrycznie nowy, nie regenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych, produkcyjnych i prawnych, nie pochodzący z ekspozycji.
- 2) Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia spełniał wymagane polskim i europejskim prawem wszelkie normy, posiadał dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, posiadał niezbędne świadectwa, certyfikaty i atesty, w tym deklaracje zgodności CE, które wykonawca dostarczy przy dostawie wraz ze sprzętem.
- 3) Skład zestawu: a) defibrylator AED – 1szt., b) zasilacz – 1 szt., c) pilot z dedykowanymi bateriami - 1 szt., d) torba transportowa – 1 szt., e) elektrody treningowe wielorazowego użycia dla dorosłych min. 3 szt., f) elektrody treningowe wielokrotnego użycia dla dorosłych (10 szt.) i elektrody dla dzieci (10 szt.).

II SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

- 1) Minimum 3-letnie wsparcie telefoniczne.
- 2) Wsparcie techniczne w okresie gwarancji i eksploatacji
- 3) Okres gwarancji producenta 2 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego.
- 4) Trzy awarie sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkują wymianą niesprawnego modułu na nowy.
- 5) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, punkty serwisowe, lokalizacja (adres, numer telefonu, e-mail).
- 6) Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną.
- 7) Działania gwarancyjne określone w gwarancji nie mogą być uzależnione od podejmowania określonych czynności przez wykonawcę i

Zamawiającego w okresie eksploatacji.

- 8) Jeżeli producent wymaga przeglądów, w tym okresowych przeglądów, przeglądy wykonywane przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami producenta na koszt wykonawcy.
- 9) Dokładna instrukcja obsługi z grafikami w języku polski. Jeżeli jest wymagane szkolenie personelu dla celów gwarancyjnych, Wykonawca ustali termin szkoleń w późniejszym terminie.